

DRINGEND: SICHERHEITSHINWEIS IM FELD	
Beschreibung	Sicherheitskorrekturmaßnahmen für bestimmte Chargen von DAILIES TOTAL1® und TOTAL30® Kontaktlinsen
Produkt-Referenz	DAILIES TOTAL1®, TOTAL30®

August 12, 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Alcon hat eine Sicherheits-Korrekturmaßnahme für bestimmte Chargen von DAILIES TOTAL1® und TOTAL30® Kontaktlinsen eingeleitet. Es wurde ein isoliertes Qualitätsproblem bei einem von einem Drittanbieter gelieferten Material festgestellt, das bei der Herstellung von Kontaktlinsen an einem einzigen Produktionsstandort verwendet wurde. Infolgedessen erfüllen die betroffenen Linsen möglicherweise nicht die Qualitäts- und/oder Leistungsstandards von Alcon für die gesamte angegebene Haltbarkeitsdauer.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Kontaktlinsen aus den identifizierten Chargen ein erhöhtes Risiko für den Träger darstellen. Wie bei jeder Kontaktlinse besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Tragen einer Linse aus den betroffenen Chargen zu vorübergehenden Problemen wie Reizungen, Rötungen oder verschwommenem Sehen führen kann. Diese Symptome verschwinden in der Regel nach dem Herausnehmen und/oder dem Austausch der Linsen (wie in der Packungsbeilage beschrieben).

Unseren Unterlagen zufolge wurden betroffene Kontaktlinsenchargen an Sie versandt. Bitte setzen Sie das Produkt nicht mehr ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kontaktlinsen gekauft haben, um weitere Informationen über die nächsten Schritte zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen,