

<b>URGENT: AVIS DE SECURITÉ</b>	
<b>Description</b>	Action corrective de sécurité pour des lots spécifiques de lentilles de contact DAILIES TOTAL1™ et TOTAL30™.
<b>Référence produit</b>	DAILIES TOTAL1™, TOTAL30™

Août, 2024

Cher client,

Alcon a lancé une action corrective de sécurité pour des lots spécifiques de lentilles de contact DAILIES TOTAL1™ et TOTAL30™. Un problème de qualité isolé a été identifié avec un matériau fourni par un fournisseur tiers qui a été utilisé dans la production de lentilles de contact sur un seul site de fabrication. En conséquence, les lentilles concernées pourraient ne pas répondre aux normes de qualité et/ou de performance d'Alcon pendant toute la durée de conservation indiquée sur l'étiquette.

Les lentilles de contact des lots identifiés ne devraient pas entraîner de risque accru pour le porteur. Comme pour toute lentille de contact, il existe une faible probabilité que le port d'une lentille provenant des lots concernés puisse entraîner des problèmes temporaires tels qu'une irritation, une rougeur ou une vision floue. Ces symptômes disparaissent généralement après le retrait et/ou le remplacement de la lentille (comme indiqué dans la notice du patient).

D'après nos dossiers, les lots de lentilles de contact concernés vous ont été expédiés. Veuillez cesser d'utiliser le produit et contacter le magasin où vous avez acheté les lentilles de contact pour obtenir de plus amples informations sur les prochaines étapes.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,